

RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFTAZIDIMA DISCO COM 10 ug (CAZ 10)

LOTE: 3198CAZE FABRICAÇÃO: 03/23 VALIDADE: 03/25

TESTE QUALITATIVO

| | Valor obtido | Valor Esperado | Alvo |
|-----------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Escherichia coli ATCC 25922 | 29,0 mm | (23 – 29 mm) | 26,0 mm |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 25,5 mm | (21 – 27 mm) | 24,0 mm |
| Homogeneidade: de acordo | 0,5 mm | ≤ 2,5 mm | |

Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.

Manter os discos de CEFTAZIDIMA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2022.

Araçatuba, 30 de março de 2023.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001