

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

NITROFURANTOÍNA DISCO COM 100 ug (NIT 100)

LOTE: 3199NITE

FABRICAÇÃO: 03/23

VALIDADE: 03/25

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Staphylococcus aureus	ATCC 29213	20,5 mm	(17 – 23 mm)	20,0 mm
Escherichia coli	ATCC 25922	23,0 mm	(17 – 23 mm)	20,0 mm
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	23,0 mm	(18 – 24 mm)	21,0 mm
Streptococcus pneumoniae	ATCC 49619	29,0 mm	(25 – 31 mm)	28,0 mm
Homogeneidade: de acordo		1,0 mm	≤ 2,5 mm	


- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.

Manter os discos de NITROFURANTOINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2022.

Araçatuba, 01 de abril de 2023.


Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001