

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

OFLOXACINA                      DISCO COM 05 ug                      (OFX 05)

LOTE: 3204OFX                      FABRICAÇÃO: 03/23                      VALIDADE: 03/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	28,0 mm	( 24 – 28 mm )
Staphylococcus aureus ATCC 29213	27,0 mm	( 21 – 27 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	33,0 mm	( 29 – 33 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	19,5 mm	( 17 – 21 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.
- Manter os discos de OFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 13 de abril de 2023.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001