

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

VANCOMICINA DISCO COM 5 ug (VAN 05)

LOTE: 3205VANE FABRICAÇÃO: 04/23 VALIDADE: 04/25

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	15,0 mm	(10 – 16 mm)	13,0 mm
Streptococcus pneumoniae	ATCC 49619	21,0 mm	(17 – 23 mm)	20,0 mm
Homogeneidade: de acordo		0,5 mm	≤ 2,5 mm	

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.
- Manter os discos de Vancomicina entre - 20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2022.

Araçatuba, 18 de abril de 2023.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001