

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

LEVOFLOXACINA DISCO COM 05 ug (LEV 05)

LOTE: 3209LEV FABRICAÇÃO: 04/23 VALIDADE: 04/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	30,0 mm	(25 – 30 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	28,5 mm	(23 – 29 mm)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	23,0 mm	(19 – 25 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	36,0 mm	(29 – 37 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	24,5 mm	(19 – 26 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.

Manter os discos de LEVOFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 25 de abril de 2023.

Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001