

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

TOBRAMICINA DISCO COM 10 ug (TOB 10)

LOTE: 3210TOB FABRICAÇÃO: 04/23 VALIDADE: 04/25

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	27,0 mm	(19 – 29 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	25,0 mm	(20 – 26 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	23,0 mm	(18 – 26 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	26,0 mm	(19 – 26 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.
- Manter os discos de Tobramicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 27 de abril de 2023.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001