

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AZTREONAM DISCO COM 30 ug (ATM 30)

LOTE: 3221ATM FABRICAÇÃO: 05/23 VALIDADE: 05/25

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	35,0 mm	(28 – 36 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	28,0 mm	(23 – 29 mm)
Escherichia coli ATCC 35218	35,0 mm	(31 – 38 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
Manter os discos de AZTREONAM entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 24 de maio de 2023.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610