

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

LINEZOLIDA DISCO COM 10 ug (LNZ 10)

LOTE: 3224LNZE FABRICAÇÃO: 05/23 VALIDADE: 05/25

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Staphylococcus aureus	ATCC 29213	26,0 mm	(21 – 27 mm)	24,0 mm
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	24,0 mm	(19 – 25 mm)	22,0 mm
Streptococcus pneumoniae	ATCC 49619	28,0 mm	(23 – 29 mm)	26,0 mm
Homogeneidade: de acordo		2,0 mm	≤ 2,5 mm	

Informações Adicionais:

- Utilizou-se Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
 - Manter os discos de Linezolida armazenados entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no BrCAST 2022.

Araçatuba, 27 de maio de 2023.

Tainá Santos

Controle de qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610