



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

PIPERACILINA/TAZOBACTAM DISCO COM 36 ug (PIT 30/6)

LOTE: 3226PITE FABRICAÇÃO: 05/23 VALIDADE: 05/25

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Escherichia coli	ATCC 25922	26,0 mm	(21 – 27 mm)	24,0 mm
Escherichia coli	ATCC 35218	25,0 mm	(21 – 27 mm)	24,0 mm
Pseudomonas aeruginosa	ATCC 27853	27,0 mm	(23 – 29 mm)	26,0 mm
Homogeneidade: de acordo		1,0 mm	≤ 2,5 mm	

Informações Adicionais:

- Meio utilizado - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
 - Manter os discos de Piperacilina/Tazobactam entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no BrCAST 2022.

Araçatuba, 01 de junho de 2023.

Controle de qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610