



**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: AZITROMICINA      DISCO COM 15 ug      (AZI 15)

LOTE: 3227AZI      FABRICAÇÃO: 05/23      VALIDADE: 05/25

**TESTE QUALITATIVO**

|                                  | Valor obtido | Valor Esperado |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 25,0 mm      | (21 - 26 mm)   |
| Homogeneidade: de acordo         | 0,5 mm       | ≤ 2,5 mm       |

**- Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
- Manter os discos de Azitromicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 31 de maio 2023.

*Tainá Santos*

Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610