

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CLARITROMICINA DISCO COM 15 ug (CLA 15)

LOTE: 3228CLA

FABRICAÇÃO: 05/23

VALIDADE: 05/25

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	31,0 mm	(26 - 32 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
Manter os discos de Claritromicina entre -20° C a +8° C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 31 de maio de 2023.



Controle de Qualidade – DME

Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610