

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA IDENTIFICAÇÃO)**

NOVOBIOCINA      DISCO COM 5ug      (NOV 05)

LOTE: 3230NOVID      FABRICAÇÃO: 05/23      VALIDADE: 05/25

**TESTE QUALITATIVO**

		Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus saprophyticus	ATCC BAA 750	7,5 mm	$\leq 16$ mm
Homogeneidade: de acordo		0,5 mm	$\leq 2,5$ mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.  
Manter os discos de Novobiocina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 07 de junho de 2023.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610