



**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

ESTREPTOMICINA - DISCO COM 300 ug - EST 300

LOTE: 3233ESTHL FABRICAÇÃO: 06/23 VALIDADE: 06/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Enterococcus faecalis ATCC 29212	18,0 mm	( 14- 20 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
- Manter os discos de Estreptomicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 16 de junho de 2023.

*Tainá Santos*

Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610