

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CLORANFENICOL                      DISCO COM 30 ug (CLO 30 )

LOTE: 3234CLO                      FABRICAÇÃO: 06/23                      VALIDADE: 06/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	25,0 mm	( 19 – 26 mm )
Staphylococcus aureus ATCC 29213	25,0 mm	( 20 – 28 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	26,0 mm	( 21 – 27 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
- Manter os discos de CLORANFENICOL entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 16 de junho de 2023.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610