

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

ERTAPENEM DISCO COM 10 ug (ERT 10)

LOTE: 3236ERT FABRICAÇÃO: 06/23 VALIDADE: 06/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	31,0 mm	( 24 - 31 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	36,0 mm	( 29 - 36 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	20,0 mm	( 13 – 21 mm )
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.  
Manter os discos de Ertapenem armazenados entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 23 de junho 2023.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610