



**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

AMOXICILINA/ÁCIDO CLAVULÂNICO DISCO COM 3 ug (AMC 2/1)

LOTE: 3239AMCE

FABRICAÇÃO: 06/23

VALIDADE: 06/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor de Referência	Alvo
Staphylococcus aureus ATCC 29213	23,0 mm	(19-25 mm)	22,0 mm
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	$\leq 2,5$ mm	

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.

Manter os discos de Amoxicilina/Ácido Clavulânico entre -20°C a -15°C. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2023.

Araçatuba, 29 de junho de 2023.

*Tainá Santos*

Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610