

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFACLOR DISCO COM 30 ug (CFC 30)

LOTE: 3244CFC

FABRICAÇÃO: 07/23

VALIDADE: 07/25

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus	ATCC 25923	31,0 mm	(27 – 31 mm)
Escherichia coli	ATCC 25922	27,0 mm	(23 – 27 mm)
Homogeneidade:	de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Muller Hinton Ágar – DIFCO, lote 3045915 com validade 31/07/2025.
- Manter os discos de Cefaclor entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 19 de julho de 2023.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610