

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

DOXICICLINA - DOX 30, DISCO COM 30 ug .

LOTE: 3245DOX

FABRICAÇÃO: 07/23

VALIDADE: 07/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	( 23 – 29 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	23,0 mm	( 18 – 24 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Manter os discos de DOXICICLINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 19 de julho de 2023.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610