

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

PENICILINA G (Benzilpenicilina) DISCO COM 1 UI (PEN 01)

LOTE: 3246PENE FABRICAÇÃO: 07/23 VALIDADE: 07/25

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Staphylococcus aureus ATCC 29213	16,0 mm	(12 - 18 mm)	15,0 mm
Streptococcus pneumoniae ATCC 49619	20,0 mm	(16 – 22 mm)	19,0 mm
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm	

Informações Adicionais:

- Utilizou-se Mueller Hinton Agar –DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
 - Manter os discos de PENICILINA G entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no BrCAST 2023.

Araçatuba, 21 de julho de 2023.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 12001