

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

MEROPENEM                      DISCO COM 10 ug    ( MPM 10 )

LOTE: 3253MPM                FABRICAÇÃO: 07/23                VALIDADE: 07/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	35,0 mm	( 29 – 37 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	34,0 mm	( 28 – 35 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	33,0 mm	( 27 – 33 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.

Manter os discos de Meropenem entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 10 de agosto de 2023.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610