



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

ERITROMICINA DISCO COM 15 ug (ERI 15)

LOTE: 3254ERI FABRICAÇÃO: 08/23 VALIDADE: 08/25

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	28,0 mm	(22 - 30 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	29,0 mm	(23 - 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
Manter os discos de Eritromicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 15 agosto de 2023.

Tainá Santos

Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610