



**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

ÁCIDO NALIDÍXICO - NAL 30, DISCO COM 30 ug.

LOTE: 3255NAL      FABRICAÇÃO: 08/23      VALIDADE: 08/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	28,0 mm	( 22 – 28 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.

Manter os discos de Ácido Nalidíxico entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 15 de agosto de 2023.

*Tainá Santos*

Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610