

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

POLIMIXINA B DISCO COM 300 UI (POL 300)

LOTE: 3257POL FABRICAÇÃO: 08/23 VALIDADE: 08/25

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	16,0 mm	(13 – 19 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	17,0 mm	(14 – 18 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
Manter os discos de POLIMIXINA B entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 22 de agosto de 2023.



Controle de qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610