

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

TIGECICLINA DISCO COM 15 ug (TIG 15)

LOTE: 3258TIG FABRICAÇÃO: 08/23 VALIDADE: 08/25

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 29213	25,0 mm	(19 – 25 mm)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	25,0 mm	(20 – 26 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	26,0 mm	(20 – 27 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Manter os discos de Tigeciclina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Referências BrCAST 2023.

Araçatuba, 22 de agosto de 2023.

Tainá Santos

Controle de qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610