

## RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC (DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

NORFLOXACINA - DISCO COM 10 ug (NOR 10)

LOTE: 3259NOR FABRICAÇÃO: 08/23 VALIDADE: 08/25

### TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	26,0 mm	( 17 – 28 mm )
Staphylococcus aureus ATCC 29213	24,0 mm	( 18 – 24 mm )
Enterococcus faecalis ATCC 29212	20,0 mm	( 16 – 22 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	34,0 mm	( 28 – 35 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	28,0 mm	( 22 – 29 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

### - Informações adicionais:

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.  
Manter os discos de NORFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 22 de agosto de 2023.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610