

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AMPICILINA/SULBACTAM - DISCO COM 20 ug APS 20 (10/10),

LOTE: 3260APS FABRICAÇÃO: 08/23 VALIDADE: 08/25

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor de Referencia
Staphylococcus aureus ATCC 25923	36,0 mm	29-37 mm
Escherichia coli ATCC 25922	24,0 mm	19-24 mm
Escherichia coli ATCC 35218	16,5 mm	13-19 mm
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
Manter os discos de Ampicilina/Sulbactam entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 24 de agosto de 2023.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610