

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFOTAXIMA DISCO COM 5 ug (CTX 05)

LOTE: 3261CTXE FABRICAÇÃO: 08/23 VALIDADE: 08/25

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Escherichia coli	ATCC 25922	31,0 mm	(25 – 31 mm)	28,0 mm
Streptococcus pneumoniae	ATCC 49619	31,0 mm	(28 – 34 mm)	31,0 mm
Homogeneidade: de acordo		1,0 mm	≤ 2,5 mm	

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
 - Manter os discos de Cefotaxima em refrigeração entre - 20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no BrCAST 2023.

Araçatuba, 29 de agosto de 2023.

Tainá Santos

Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610