



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

ÁCIDO PIPEMÍDICO DISCO COM 20 ug (PIP 20)

LOTE: 3263PIP FABRICAÇÃO: 08/23 VALIDADE: 08/25

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	26,0 mm	(22 – 28 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Manter os discos de Ácido Pipemídico entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 29 de agosto de 2023

Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610