

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CEFOTAXIMA                      DISCO COM 30 ug ( CTX 30 )

LOTE: 3264CTX                      FABRICAÇÃO: 08/23                      VALIDADE: 08/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	( 25 – 31 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	35,0 mm	( 29 – 35 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	21,0 mm	( 18 – 22 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Manter os discos de Cefotaxima entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no CLSI 2023.

Araçatuba, 01 de setembro de 2023.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610