

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

VANCOMICINA - DISCO COM 30 ug - VAN 30

LOTE: 3267VAN

FABRICAÇÃO: 08/23

VALIDADE: 08/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	19,0 mm	( 17 – 21 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
  - Manter os discos de Vancomicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no CLSI 2023.

Araçatuba, 06 de setembro de 2023.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610