

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

LINCOMICINA DISCO COM 02 ug (LIN 02)

LOTE: 3268LIN FABRICAÇÃO: 08/23 VALIDADE: 08/25


TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	27,0 mm	(22 - 30 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 30450915 com validade em 31/07/2025.
- Manter os discos de Lincomicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 06 de setembro de 2023.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610