

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AMPICILINA DISCO COM 10 ug (AMP 10)

LOTE: 3272AMP

FABRICAÇÃO: 09/23

VALIDADE: 09/25

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	34,0 mm	(27 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	21,0 mm	(15 – 22 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Manter os discos de AMPICILINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 21 de setembro de 2023.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610