

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SULFADIAZINA/TRIMETOPRIM (SULFAMETRIM) - DISCO COM 25 ug - SZT 25

LOTE: 3274SZT

FABRICAÇÃO: 09/23

VALIDADE: 09/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	( 24 – 32 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	32,0 mm	( 24 – 32 mm )
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.

Manter os discos de Sulfadiazina/Trimetoprim (Sulfametrim) entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 22 de setembro de 2023.



Controle de Qualidade - DME

Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610