

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

ESTREPTOMICINA DISCO COM 10 ug (EST 10)

LOTE: 3275EST FABRICAÇÃO: 09/23 VALIDADE: 09/25

TESTE QUALITATIVO

| | Valor obtido | Valor Esperado |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 19,0 mm | (14 – 22 mm) |
| Escherichia coli ATCC 25922 | 19,0 mm | (12 – 20 mm) |
| Homogeneidade: de acordo | 1,0 mm | ≤ 2,5 mm |

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
Manter os discos de ESTREPTOMICINA entre - 20°C a + 8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 23 de setembro de 2023.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610