

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFTAZIDIMA DISCO COM 10 ug (CAZ 10)

LOTE: 3276CAZE FABRICAÇÃO: 09/23 VALIDADE: 09/25

TESTE QUALITATIVO

| | Valor obtido | Valor Esperado |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Escherichia coli ATCC 25922 | 29,0 mm | (23 – 29 mm) |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 26,0 mm | (21 – 27 mm) |
| Homogeneidade: de acordo | 1,0 mm | ≤ 2,5 mm |

Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.

Manter os discos de CEFTAZIDIMA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2023.

Araçatuba, 29 de setembro de 2023.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610