

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

VANCOMICINA DISCO COM 5 ug (VAN 05)

LOTE: 3277VANE FABRICAÇÃO: 09/23 VALIDADE: 09/25

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	15,0 mm	(10 – 16 mm)	13,0 mm
Streptococcus pneumoniae	ATCC 49619	21,0 mm	(17 – 23 mm)	20,0 mm
Homogeneidade: de acordo		1,0 mm	≤ 2,5 mm	

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
 - Manter os discos de Vancomicina entre - 20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no BrCAST 2023.

Araçatuba, 30 de setembro de 2023.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610