

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

RIFAMPICINA - RIF 05 DISCO COM 05 ug

LOTE: 3278RIF FABRICAÇÃO: 09/23 VALIDADE: 09/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	33,0 mm	(26 – 34 mm )
Staphylococcus aureus ATCC 29213	34,0 mm	(30 – 36 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	10,0 mm	(08 – 10 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025
- Manter os discos de Rifampicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 29 de setembro de 2023.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610