

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CEFTAZIDIMA DISCO COM 30 ug (CAZ 30)

LOTE: 3281CAZ FABRICAÇÃO: 09/23 VALIDADE: 09/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	20,0 mm	(16 – 20 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	31,0 mm	(25 – 32 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	29,0 mm	(22 – 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.  
Manter os discos de CEFTAZIDIMA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.  
Valores de referência baseados no CLSI 2023.

Araçatuba, 10 de outubro de 2023.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610