



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

BACITRACINA - DISCO COM 10 UI (BAC 10)
LOTE: 3285BAC FABRICAÇÃO: 10/23 VALIDADE: 10/25

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	21,0 mm	(17 - 22 mm)
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Manter os discos de Bacitracina em entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 19 de outubro de 2023.

Tainá Santos

Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610