

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: AZITROMICINA      DISCO COM 15 ug      (AZI 15)

LOTE: 3286AZI      FABRICAÇÃO: 10/23      VALIDADE: 10/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	25,0 mm	(21 - 26 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Manter os discos de Azitromicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 19 de outubro de 2023.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610