

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

PENICILINA G (Benzilpenicilina) DISCO COM 10 UI (PEN 10)

LOTE: 3288PEN FABRICAÇÃO: 10/23 VALIDADE: 10/25

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	35,0 mm	(26 - 37 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- Utilizou-se Mueller Hinton Agar –DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
 - Manter os discos de PENICILINA G entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 27 de outubro de 2023.

Tainá Santos

Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610