

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

ERTAPENEM                      DISCO COM 10 ug    (ERT 10)

LOTE: 3289ERT                      FABRICAÇÃO: 10/23                      VALIDADE: 10/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	30,0 mm	( 24 - 31 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	35,0 mm	( 29 - 36 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	19,0 mm	( 13 – 21 mm )
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.

Manter os discos de Ertapenem armazenados entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 28 de outubro de 2023.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610