

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

NITROFURANTOÍNA - DISCO COM 300 ug (NIT 300)

LOTE: 3290NIT FABRICAÇÃO: 10/23 VALIDADE: 10/25

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	20,0 mm	(18 – 22 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	24,0 mm	(20 – 25 mm)
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.

Manter os discos de NITROFURANTOÍNA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 31 de outubro de 2023.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610