

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CIPROFLOXACINA DISCO COM 05 mcg (CIP 05)

LOTE: 3293CIP FABRICAÇÃO: 10/23 VALIDADE: 10/25

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	28,0 mm	(22 – 30 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	26,0 mm	(21 – 27 mm)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	23,0 mm	(19 – 25 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	37,0 mm	(29 – 38 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	32,0 mm	(25 – 33 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
Manter os discos de CIPROFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 08 de novembro de 2023.

*Tainá Santos*Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610