

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

LINEZOLIDA DISCO COM 30 ug (LNZ 30)

LOTE: 3295LNZ FABRICAÇÃO: 11/23 VALIDADE: 11/25

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	30, 0 mm	(25 - 32 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- Utilizou-se Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Manter os discos de Linezolida armazenados entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade. Valores de referência baseados no CLSI 2023.

Araçatuba, 22 de novembro de 2023.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610