

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CEFACLOR      DISCO COM 30 ug      (CFC 30)

LOTE: 3298CFC

FABRICAÇÃO: 11/23

VALIDADE: 11/25

**TESTE QUALITATIVO**

		Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus	ATCC 25923	30,0 mm	(27 – 31 mm)
Escherichia coli	ATCC 25922	26,0 mm	(23 – 27 mm)
Homogeneidade:	de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Muller Hinton Ágar – DIFCO, lote 3045915 com validade 31/07/2025.
- Manter os discos de Cefaclor entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 28 de novembro de 2023.

*Tainá Santos*

Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610