

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFALEXINA DISCO COM 30 ug (CFE 30)

LOTE: 3300CFE FABRICAÇÃO: 11/23 VALIDADE: 11/25

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	19,0 mm	(15 - 21 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
Manter os discos de Cefalexina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
Valores de referência baseados no BrCAST 2023.

Araçatuba, 05 de dezembro de 2023.

Tainá Santos

Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610