RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFALOTINA DISCO COM 30 ug (CFL 30)

LOTE: 3301CFL FABRICAÇÃO: 11/23 VALIDADE: 11/25

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	36,0 mm	(29 – 37 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	20,0 mm	(15 – 21 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	$\leq$ 2,5 mm

Informações adicionais:
- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Manter os discos de Cefalotina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 06 de dezembro de 2023.

Tainá Santos

Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610