

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

NITROFURANTOÍNA      DISCO COM 100 ug (NIT 100)

LOTE: 3302NITE

FABRICAÇÃO: 11/23

VALIDADE: 11/25

**TESTE QUALITATIVO**

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Staphylococcus aureus	ATCC 29213	20,5 mm	( 17 – 23 mm )	20,0 mm
Escherichia coli	ATCC 25922	23,0 mm	( 17 – 23 mm )	20,0 mm
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	24,0 mm	( 18 – 24 mm )	21,0 mm
Streptococcus pneumoniae	ATCC 49619	29,0 mm	( 25 – 31 mm )	28,0 mm
Homogeneidade: de acordo		1,0 mm	≤ 2,5 mm	

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.  
Manter os discos de NITROFURANTOINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.  
Valores de referência baseados no BrCAST 2023.

Araçatuba, 06 de dezembro de 2023.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610