

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

FOSFOMICINA (+ GLICOSE-6-FOSFATO) DISCO COM 200 ug (FOS 200)

LOTE: 3305FOS

FABRICAÇÃO: 12/23

VALIDADE: 12/25

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	32,0 mm	(25 – 33 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	30,0 mm	(22 – 30 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Manter os discos de FOSFOMICINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6 Fosfato.

Araçatuba, 15 de dezembro de 2023.



Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610